

	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ6L0A.01
---	---	-----------

Siron LIS (aPTT liquid) 2x4 mL

REF 5035118
LOT 6L83BA0.01
 2020-08-31


Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH	7.0 – 7.6	7.2	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	CCN LOT 1P71B01	26.0 – 32.0 sec	29.5 OK
	CCA LOT 3P71B01	65.1 – 80.3 sec	72.3 OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification		OK	

**Durchführung von
Prepared by**


Laydin NASUFI

04. OKT. 2018
Datum / Date:

**Freigabe von
Approved by**


Stefan STEINER

04. OKT. 2018
Datum / Date: