
	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ4D0DAZ.02 LOT 4D71B0D.01
---	---	--

Factor XIII Mangelplasma, immunads 5x1mL

REF 5194104
LOT 4D71B0D.01
 2019-12-31

Inhalt Content	Reagenz Reagent	LOT	
5 x 1mL	Factor XIII Mangelplasma, immunads	4D71B0D.01	2019-12-31

Analytische Verfahren Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
Verwendbarkeit / Usability	< 5% F XIII	0.00	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification		OK	

Durchführung von
Prepared by

Michael KAFKA 

03. MAI 2018

Datum / Date:

Freigabe von
Approved by

Eva Maria HAGER 

03. MAI 2018

Datum / Date: