



ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ6V0B.03

Dapttin TC 6x10 mL

REF 5035090
LOT 6V81BB0.01
⌚ 2020-03-31

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result		
pH		6.6 – 7.2	6.9	OK	
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	Dapttin TC, sec	CCN LOT 1P71B01	31.0 – 38.2 sec	33.2	OK
		CCA LOT 3P71B01	73.5 – 90.7 sec	82.0	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK		

Durchführung von
Prepared by


Stefan STEINER

23. NOV. 2018

Datum / Date:

Freigabe von
Approved by


Eva Maria HAGER

23. NOV. 2018

Datum / Date: