


| | | |
|---|---|-----------|
|  | ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS | DQ7E00.01 |
|---|---|-----------|

Protac 5x1 mL

REF 5346212
LOT 7E82B00.01
 2020-07-31

| Analytische Verfahren Analytical Procedure | Anforderung Requirement | Ergebnis Result | |
|--|--|--------------------|--------------|
| pH | 6.5 – 7.5 | 7.0 | OK |
| Verwendbarkeit Protein C, Chromogenes Substrat Usability Protein C, chromogenic substrate Ceveron® alpha | CCN, LOT 1P71B01 | 78.0 – 130.0 % | 102.8 OK |
| | CCA, LOT 3P71B01 | 15.5 – 25.8 % | 17.4 OK |
| Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification | | OK | |


**Durchführung von
Prepared by**


Eva Maria HAGER

04. JAN. 2019

Datum / Date:

**Freigabe von
Approved by**


Stefan STEINER

07. JAN. 2019

Datum / Date: