
	<b>ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS</b>	DQ3C00.02
---	---	-----------

**TECHNOVIEW UFH Control L 5x1mL**

REF      5090072  
LOT      3C71B00.01  
      2019-12-31

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH		7.4 – 7.8	7.7	OK
Virologie Virology	HBsAg / HBsAg HIV-AK / HIV-Ab HCV-AK / HCV-Ab	Negative Negative Negative	Negative Negative Negative	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® Alpha	Anti-Xa UFH	0.18 – 0.34 IU/mL	0.26	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

**Durchführung von  
Prepared by**

  
 \_\_\_\_\_  
**Christoph ENNE**

17. JAN. 2018  
 Datum / Date:

**Freigabe von  
Approved by**

  
 \_\_\_\_\_  
**Stefan STEINER**

17. JAN. 2018  
 Datum / Date: