	<b>ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS</b>	DQ3500.01
---	---	-----------


**TECHNOVIEW Rivaroxaban CONT M 5x1 mL**

**REF**            5090173  
**LOT**            3571B01.01  
            2021-01-31

Analytische Verfahren Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH		7.4 – 7.8	7.6	OK
Virologie Virology	HBsAg / HBsAg HIV-AK / HIV-Ab HCV-AK / HCV-Ab	Negative Negative Negative	Negative Negative Negative	OK

Verwendbarkeit Usability Ceveron Alpha®	Anti Xa Rivaroxaban	86.2 – 143.6 ng/mL	125.4	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

**Durchführung von  
Prepared by**

  
**Stefan STEINER**

**05. APR. 2019**  
Datum / Date:

**Freigabe von  
Approved by**

  
**Eva Maria HAGER**

**05. APR. 2019**  
Datum / Date: