



ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ7E00.01

Protac 5x1 mL

REF 5346212
LOT 7E82B00.02
⌚ 2020-07-31

Analytische Verfahren Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH	6.5 – 7.5	7.0	OK
Verwendbarkeit Protein C, Chromogenes Substrat Usability Protein C, chromogenic substrate Ceveron® alpha	CCN, LOT 1P71B01	78.0 – 130.0 %	110.1 OK
	CCA, LOT 3P71B01	15.5 – 25.8 %	17.9 OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification		OK	

Durchführung von
Prepared by

Eva Maria HAGER

03. APR. 2019
Datum / Date:

Freigabe von
Approved by

Stefan STEINER

03. APR. 2019
Datum / Date: