

	<h1>Update</h1> <p>Anhang 3 zu PB8101.08</p>	Dok.Nr.: TF0117.05 Ersetzt: TF0117.04
---	--	--

Dieses Update betrifft / Following update refers to:

Produkt / Product	REF	Lot	Ablaufdatum / Expiry date
Coagulation Control N 5x1mL	5020040	1P71B00	2019-05-31
Coagulation Control N 50x1mL	5020050		

Wertetabellen-Update / Batch table update

Für das obengenannte Produkt wurden folgende Daten ermittelt:

For the above mentioned product following data were determined:

Parameter Parameter	Gerät Device	Methode Method	Sollwert Nominal value	Vertrauensbereich Confidence range	Kalibrierung durch, nach Calibration by, acc. to

Parameter Parameter	Gerät Device	Methode Method	Sollwert Nominal value	Kalibrierung durch, nach Calibration by, acc. to

Laufzeitverlängerung / Shelf life extension

Basierend auf zusätzlich durchgeführten Lagerungstestungen der Qualitätskontrolle kann dieses Produkt bis **2020-07-31** verwendet werden.

Based on additional storage tests in the Quality Control Department the expiry date for this product was extended to **2020-07-31**.

Durchführung von
Prepared by

Lucas ROSENMAYR
Qualitätskontrolle/ Quality Control

01. FEB. 2019
Datum / Date

Freigabe von
Approved by

Suzana GRESAK PODAKAR
Qualitätskontrolle/ Quality Control

01. FEB. 2019
Datum / Date