

| | | |
|---|--|---|
|  | <h1>Update</h1> <p>Anhang 3 zu PB8101.08</p> | <p>Dok.Nr.: TF0117.05</p> <p>Ersetzt: TF0117.04</p> |
|---|--|---|

Dieses Update betrifft / Following update refers to:

| Produkt / Product | REF | Lot | Ablaufdatum / Expiry date |
|--|---------|---------|---------------------------|
| Technoview Dabigatran Control High 5x1mL | 5090212 | 3642B02 | 2019-05-31 |

Wertetabellen-Update / Batch table update

Für das obengenannte Produkt wurden folgende Daten ermittelt:

For the above mentioned product following data were determined:

| Parameter Parameter | Gerät Device | Methode Method | Sollwert Nominal value | Vertrauensbereich Confidence range | Kalibrierung durch, nach Calibration by, acc. to |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | | |

| Parameter Parameter | Gerät Device | Methode Method | Sollwert Nominal value | Kalibrierung durch, nach Calibration by, acc. to |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---|
| | | | | |

Laufzeitverlängerung / Shelf life extension

Basierend auf zusätzlich durchgeführten Lagerungstestungen der Qualitätskontrolle kann dieses Produkt bis **2020-02-29** verwendet werden.

Based on additional storage tests in the Quality Control Department the expiry date for this product was extended to **2020-02-29**.

Durchführung von
Prepared by


Lucas ROSENMAYR
 Qualitätskontrolle/ Quality Control

11. JUNI 2019
 Datum / Date

Freigabe von
Approved by


Eva Maria HAGER
 Qualitätskontrolle/ Quality Control

12. JUNI 2019
 Datum / Date