technoclone TC	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ4K00AZ.02

Fitzgerald Trait Plasma, 2x1mL

REF 5204006

LOT 4K83B0D.02

2020-06-30

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH		7.4 – 7.9	7.7	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	CCN LOT 1P71B01	58.2 – 97.0 %	77.7	OK
	CCA LOT 3P71B01	23.1 – 38.5 %	33.6	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code verification			OK	

Durchführung von
Prepared by

Lavdrim NASUFI

28. MAI 2019
Datum / Date:

Freigabe von
Approved by

Stefan STEINER

28. MAI 2019
Datum / Date: