




ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ3P00.03

Coagulation Control A, 5x1 mL

REF 5021055

LOT 3P71B01.01

 2020-07-31

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
Virologie Virology	HBsAg / HBsAg HIV-AK / HIV-Ab HCV-AK / HCV-Ab	Negative Negative Negative	Negative Negative Negative	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	Siron LS	46.8 – 57.8 sec	49.3	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von
Prepared by


Stefan STEINER

23. AUG. 2018

Datum / Date:

Freigabe von
Approved by


Christoph ENNE

23. AUG. 2018

Datum / Date: