
	<b>ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS</b>	DQ4P00.02
---	---	-----------

**Fletcher Trait Plasma, 2 x 1 mL**

**REF**            5205006  
**LOT**            4P91B00.01  
            2021-06-30

<b>Analytische Prozedur Analytical Procedure</b>	<b>Anforderung Requirement</b>	<b>Ergebnis Result</b>	
pH	7.4 – 7.9	7.8	OK

Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	<b>CCN</b> <b>LOT</b> 1P71B01	71.3 – 118.8 %	115.8	OK
	<b>CCA</b> <b>LOT</b> 3P71B01	34.5 – 57.5 %	55.3	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

**Durchführung von  
Prepared by**

  
**Stefan STEINER**

01. AUG. 2019  
Datum / Date:

**Freigabe von  
Approved by**

  
**Riham EL KAMMAR**

01. AUG. 2019  
Datum / Date: