	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ4C00.02
---	---	-----------

Protein C Mangelplasma 2 x 1 mL

REF 5346806


LOT 4C71B0D.01

 2020-01-31

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH	7.4 – 7.8	7.3	*
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	CCN LOT 1P37B01	69.8 – 116.3%	95.3 OK
	CCA LOT 3P38B01	13.5 – 22.5%	15.5 OK
Etiketten Überprüfung Label Verification		OK	

*) Sonderfreigabe

**Durchführung von
Prepared by**


Eva Maria HAGER

01. MRZ. 2018
Datum / Date:

**Freigabe von
Approved by**


Stefan STEINER

01. MRZ. 2018
Datum / Date: