



ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ2K00.02

FVIII Inhibitorplasma 5x1 mL

REF 5159008
LOT 2K82B00.03
⌚ 2020-12-31

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH		7.4 – 7.8	7.7	OK
Virologie Virology	HBsAg / HBsAg HIV-AK / HIV-Ab HCV-AK / HCV-Ab	Negative Negative Positive	Negative Negative Positive	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	FVIII Inhibitor clotting, Daptin TC	15.3 – 25.5 BE/mL	16.9	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von
Prepared by

Suzana GRESAK PODAKAR

11. SEP. 2019

Datum / Date:

Freigabe von
Approved by

Riham EL KAMMAR

11. SEP. 2019

Datum / Date: