



ANALYSENZERTIFIKAT  
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ3500.01

TECHNOVIEW Rivaroxaban CONT M 5x1 mL


REF 5090173

LOT 3591B00.01

🕒 2021-07-31

Analytische Verfahren Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH		7.4 – 7.8	7.8	OK
Virologie Virology	HBsAg / HBsAg HIV-AK / HIV-Ab HCV-AK / HCV-Ab	Negative Negative Negative	Negative Negative Negative	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron Alpha®	Anti Xa Rivaroxaban	80.6 – 134.4 ng/mL	114.6	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von  
Prepared by

  
Stefan STEINER

06. SEP. 2019  
Datum / Date:

Freigabe von  
Approved by

  
Riham EL KAMMAR

06. SEP. 2019  
Datum / Date: