
	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ4K00.02
---	---	-----------

Fitzgerald Trait Plasma, 2x1mL

REF	5204006
LOT	4K04C0D.02
⌚	2022-05-31

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH	7.4 – 7.9	7.6	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	CCN LOT 1P02C00	60.0 – 100.0 %	81.8 OK
	CCA LOT 3P91B00	19.5 – 32.5 %	27.2 OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code verification		OK	

**Durchführung von
Prepared by**


Lavdinin NASUFI

22. MAI 2020
Datum / Date:

**Freigabe von
Approved by**


Eva Maria HAGER

22. MAI 2020
Datum / Date: