



ANALYSENZERTIFIKAT  
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ4P00.02

Fletcher Trait Plasma, 2x1 mL

REF 5205006  
LOT 4P94B00.01  
🕒 2021-12-31

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result		
pH	7.4 – 7.9	7.6	OK	
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	CCN LOT 1P71B01	71.3 – 118.8 %	83.9	OK
	CCA LOT 3P91B00	40.5 – 67.5 %	51.7	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification		OK		

Durchführung von  
Prepared by

Christoph ENNE

12. MRZ. 2020  
Datum / Date:

Freigabe von  
Approved by

Suzana GRASAK PODAKAR

12. MRZ. 2020  
Datum / Date: