
	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ9J0A.01
---	---	-----------

Imidazol Puffer 500mL

REF	5410014
LOT	9J04CG0.01
	2025-03-31

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH	7.2 – 7.6	7.5	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha Fibrinogen, Clauss Method	CCN LOT 1P71B01	3.17 – 4.75 g/L	3.84 OK
	CCA LOT 3P71B01	1.02 – 1.54 g/L	1.26 OK
Etiketten Überprüfung Label Verification		OK	

Durchführung von
Prepared by


Suzana GRESAK PODAKAR

02. APR. 2020
 Datum / Date:

Freigabe von
Approved by


Stefan STEINER

03. APR. 2020
 Datum / Date: