technoclone TC	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ1L00.01 LOT 1L91B00.02

Platelet Poor Plasma 5x2 mL

REF 5343022

LOT 1L91B00.02

2021-07-31

Analytische Prozedur **Analytical Procedure**	**Anforderung** **Requirement**	**Ergebnis** **Result**	
pH	7.4 – 7.8	7.8	OK
Restfeuchte Residual moisture	≤ 1 %	0.07	OK
OD_{320nm}	≤ 10	5.9	OK

Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	LA Ratio: Technoclot® LA Screen, LOT 6Y81B00 Technoclot® LA Confirm, LOT 6X81B00	0.79 – 1.31	1.00	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von
Prepared by

Suzana GREŠAK PODAKAR

22. APR. 2020
Datum / Date:

Freigabe von
Approved by

Christoph ENNE

22. APR. 2020
Datum / Date: