

	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ6V08.03

Daptin TC 6x10 mL

REF 5035090
LOT 6V91BB0.01
 2021-05-31

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH		6.6 – 7.2	6.9	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	Daptin TC, sec	31.0 – 38.2 sec	33.8	OK
		73.5 – 90.7 sec	74.3	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von
Prepared by

Riham EL KAMMAR
EL Kammar → Riham →

11. SEP. 2019

Datum / Date:

Freigabe von
Approved by

Eva Maria HAGEE
Eva Maria Hagee

11. SEP. 2019

Datum / Date: