



ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ3P00.03

Coagulation Control A, 5x1 mL

REF 5021055

LOT 3P91B01.01

 2022-10-31

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
Virologie Virology	HBsAg / HBsAg HIV-AK / HIV-Ab HCV-AK / HCV-Ab	Negative Negative Negative	Negative Negative Negative	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	FII clotting	10.5 – 17.5 %	15.1	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von
Prepared by


Christoph ENNE

27. OKT. 2020
Datum / Date:

Freigabe von
Approved by


Suzana GRESAK PODAKAR

27. OKT. 2020
Datum / Date: