
	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ3J00.02
---	---	-----------

TECHNOVIEW UFH CONT HIGH 5x1 mL

REF 5090074-RUO
LOT 3J01C00.02
 2022-04-30

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH		7.4 – 7.8	7.7	OK
Virologie Virology	HBsAg / HBsAg HIV-AK / HIV-Ab HCV-AK / HCV-Ab	Negativ Negativ Negativ	Negativ Negativ Negativ	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	Anti-Xa (UFH)	0.44 – 0.74 IU/mL	0.65	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von
Prepared by


Christoph ENNE

06. MAI 2021

Datum / Date:

Freigabe von
Approved by


Suzana GRESAK PODAKAR

06. MAI 2021

Datum / Date: