



ANALYSENZERTIFIKAT  
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ9J0A.01

Imidazol Puffer 500mL

REF 5410014-RUO

LOT 9J04CG0.02

 2025-03-31

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH	7.2 – 7.6	7.5	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha Fibrinogen, Clauss Method	CCN LOT 1P71B01	3.17 – 4.75 g/L	3.84 OK
	CCA LOT 3P71B01	1.02 – 1.54 g/L	1.26 OK
Etiketten Überprüfung Label Verification		OK	

Durchführung von  
Prepared by

  
Alessandro BENIGNI

03.09.2021  
Datum / Date:

Freigabe von  
Approved by

  
LUCAS HOLOWICZ

03.09.2021  
Datum / Date: