



ANALYSENZERTIFIKAT  
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ3J00.02

TECHNOVIEW UFH CONT HIGH 5x1 mL

REF 5090074-RUO

LOT 3J21C01.02

 2025-07-31

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH		7.4 – 7.8	7.7	OK
Virologie Virology	HBsAg / HBsAg HIV-AK / HIV-Ab HCV-AK / HCV-Ab	Negativ Negativ Negativ	Negativ Negativ Negativ	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	Anti-Xa (UFH)	0.59 – 0.98 IU/mL	0.80	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von  
Prepared by

Michael KAFKA 

03. AUG. 2023  
Datum / Date:

Freigabe von  
Approved by

  
Suzana GRESAK PODAKAR

03. AUG. 2023  
Datum / Date: