

	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ4P00.02
---	--	---------------------------------

Fletcher Trait Plasma, 2x1 mL

REF 5205006-RUO

LOT 4P31C01.02

 2026-08-31

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH	7.4 – 7.9	7.8	OK

Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	CCN LOT 1P31C01	71.3 – 118.8 %	103.8	OK
	CCA LOT 3P42C00	40.5 – 67.5 %	63.6	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von
Prepared by

Michael KAFKA

09. JULI 2025

Datum / Date:

Freigabe von
Approved by


Lavdrim NASUFI

09. JULI 2025

Datum / Date: