

|                                                                                   |                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>ANALYSENZERTIFIKAT</b><br><b>CERTIFICATE OF ANALYSIS</b> | DQ4P00.02 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|

### Fletcher Trait Plasma, 2x1 mL

**REF** 5205006-RUO

**LOT** 4P41C01.02

 2027-09-30

| Analytische Prozedur<br>Analytical Procedure                         |                           | Anforderung<br>Requirement | Ergebnis<br>Result |    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|----|
| pH                                                                   |                           | 7.4 – 7.9                  | 7.8                | OK |
| Verwendbarkeit<br>Usability<br>Ceveron® alpha                        | CCN<br><b>LOT</b> 1P42C00 | 81.8 – 136.3 %             | 115.0              | OK |
|                                                                      | CCA<br><b>LOT</b> 3P51C00 | 48.0 – 80.0 %              | 71.5               | OK |
| Etiketten und Barcode Überprüfung<br>Label and bar code Verification |                           |                            | OK                 |    |

Durchführung von  
Prepared by

Lukas GRUBELNIG 

18. SEP. 2025  
Datum / Date:

Freigabe von  
Approved by

  
Maylis RAUSCHER

19. SEP. 2025  
Datum / Date: