

	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ4P00.02
---	--	---------------------------------

Fletcher Trait Plasma, 2x1 mL

REF 5205006-RUO

LOT 4P41C01.02

 2027-09-30

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH	7.4 – 7.9	7.8	OK

Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	CCN LOT 1P42C00	81.8 – 136.3 %	115.0	OK
	CCA LOT 3P51C00	48.0 – 80.0 %	71.5	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von
Prepared by

Lukas GRUBELNIG 

18. SEP. 2025
Datum / Date:

Freigabe von
Approved by


Maylis RAUSCHER

19. SEP. 2025
Datum / Date: