



ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ4P00.02

Fletcher Trait Plasma, 2x1 mL

REF 5205006-RUO

LOT 4P41C00.02

2026-05-31

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH	7.4 – 7.9	7.8	OK

Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	CCN LOT 1P31C00	71.3 – 118.8 %	92.5	OK
	CCA LOT 3P42C00	40.5 – 67.5 %	53.9	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von
Prepared by

Lavdijim NASUFI

13. NOV. 2024

Datum / Date:

Freigabe von
Approved by

Maylis RAUSCHER

14. NOV. 2024

Datum / Date: