eurobio

Prekallikrein Activator (PKA) Assay Kit

Certificate of Analysis | Analysenzertifikat | Certificat d'Analyse

REF PW30100
LOT KA02501

2028-12-31

Refer to Product Insert for further Information
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Packungsbeilage des Produkts
Se référer à la Notice produit pour plus d'informations

Standard Curve | Eichkurve | Courbe Standard

Standards	Δ Target Values Zielwerte Objectif prévu IU/mL	$\bar{x}$ Extinction at 405 nm of standards*	$\bar{x}$ Extinction at 405 nm of standard blanks*
A	25.00	0.642	0.062
B	12.50	0.456	0.059
C	6.25	0.295	0.056
D	3.13	0.194	0.061
E	1.56	0.137	0.057
F	0	0.090	0.058

*The OD values may deviate depending on the laboratory instruments used.
Die OD Werte können je nach verwendetem Laborequipment variieren.
Les valeurs de la densité optique peuvent varier en fonction des instruments de laboratoire utilisés.

ITEM	LOT	EXP
❶ Human Prekallikrein	1P02303	2028-12-31
❷ Kallikrein Substrate	2S02501	2028-12-31
❸ PKA Standard	4R02501	2028-12-31
❹ Buffer A concentrate	5B02501	2028-12-31
❺ Sample/standard diluent	7D02501	2028-12-31

The assay kit is standardised against the 3rd International Standard for PKA (Lot 16/364).
Der Testkit ist gegen den 3. internationalen Standard für PKA (Lot 16/364) standardisiert.
Le kit de dosage est standardisé par rapport au 3e standard international pour la PKA (Lot 16/364).

Produced by TECOmedical
A Eurobio Scientific Company
for
Eurobio Scientific UK
Eclipse House, Curtis Road
Dorking, RH5, 1EJ, UK

Evaluation		**QC Release**	
Signature:		Signature:	
Name:	Lilly Aßmus	Name:	Isabell Thomas
Function:	Responsible Scientist	Function:	Quality Manager
Date:	2025-05-21	Date:	2025-05-21